MULTI® SERVICIOS LAB

INSERTOS

ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-5DH

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DH

LOT	MEK5D26YH	
	2027-02-05	
OPEN	14DAYS	

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	24.8	24.4	26.06	±2.2
NE%	%	78.3	78.3	78.40	±10.0
LY%	%	11.2	11.2	13.30	±10.0
MO%	%	5.5	5.5	4.18	±5.0
EO%	%	4.2	4.2	3.43	±5.0
BA%	%	0.8	0.8	0.69	±4.0
IG% *	%	-	-	0.35	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	19.4	19.2	20.43	±2.8
LY	$10^3/\mu L$	2.8	2.7	3.47	±2.8
MO	$10^3/\mu L$	1.4	1.3	1.09	±1.0
EO	$10^3/\mu L$	1.0	1.0	0.89	±1.0
BA	$10^3/\mu L$	0.2	0.2	0.18	±0.8
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.09	±0.8
RBC	$10^6/\mu L$	5.25	5.24	5.39	±0.25
HGB	g/dL	16.2	16.3	16.66	±0.7
HCT	%	49.9	48.5	58.5	±4.0
MCV	fL	95.0	92.6	108.6	±8.0
MCH	pg	30.9	31.1	30.9	±2.8
MCHC	g/dL	32.5	33.6	28.5	±3.0
RDW-CV **	%	14.7	14.0	15.4	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	566	574	571.4	±70
MPV	fL	7.7	7.0	9.0	±4.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	High
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.
** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901692Y

MULTI® SERVICIOS LAB

INSERTOS

ASSAY SHEET

NIHON KOHDEN

MEK-5DL

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DL

LOT	MEK5D26YL
	2027-02-05
OPEN	14DAYS

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	3.1	3.1	3.13	±0.6
NE%	%	38.4	38.4	40.15	±15.0
LY%	%	45.3	45.3	47.63	±15.0
MO%	%	12.6	12.6	8.76	±5.0
EO%	%	1.7	1.7	1.86	±5.0
BA%	%	2.0	2.0	1.60	±4.0
IG% *	%	-	-	0.43	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	1.1	1.1	1.26	±0.5
LY	$10^3/\mu L$	1.4	1.4	1.49	±0.5
MO	$10^3/\mu L$	0.4	0.4	0.27	±0.2
EO	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.06	±0.2
BA	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.05	±0.2
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.01	±0.2
RBC	$10^6/\mu L$	2.58	2.61	2.49	±0.15
HGB	g/dL	6.7	6.5	6.79	±0.4
HCT	%	21.2	20.9	23.0	±2.0
MCV	fL	82.2	80.1	92.3	±7.0
MCH	pg	26.0	24.9	27.3	±2.4
MCHC	g/dL	31.6	31.1	29.5	±3.0
RDW-CV **	%	15.4	14.6	14.1	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	56	50	52.2	±30
MPV	fL	5.4	4.7	6.9	±3.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	Low
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.

** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901690Y

MULTI® SERVICIOS LAB

INSERTOS

NIHON KOHDEN

ASSAY SHEET

MEK-5DN

HEMATOLOGY CONTROL for WBC 5 part differential

MEK-5DN

LOT	MEK5D26YN	
	2027-02-05	
OPEN	14DAYS	

		MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100 -9200	RANGE
WBC	$10^3/\mu L$	8.1	8.0	8.27	±0.8
NE%	%	67.7	67.7	67.99	±15.0
LY%	%	19.8	19.8	23.05	±15.0
MO%	%	8.2	8.2	5.56	±5.0
EO%	%	3.0	3.0	2.24	±5.0
BA%	%	1.3	1.3	1.16	±4.0
IG% *	%	-	-	0.49	±4.0
NE	$10^3/\mu L$	5.5	5.4	5.61	±1.5
LY	$10^3/\mu L$	1.6	1.6	1.91	±1.5
MO	$10^3/\mu L$	0.7	0.7	0.46	±0.5
EO	$10^3/\mu L$	0.2	0.2	0.19	±0.5
BA	$10^3/\mu L$	0.1	0.1	0.10	±0.4
IG *	$10^3/\mu L$	-	-	0.04	±0.4
RBC	$10^6/\mu L$	4.57	4.62	4.67	±0.20
HGB	g/dL	13.9	13.8	14.36	±0.5
HCT	%	42.2	41.4	49.2	±3.0
MCV	fL	92.3	89.7	105.4	±6.0
MCH	pg	30.4	29.9	30.7	±2.8
MCHC	g/dL	32.9	33.3	29.2	±3.0
RDW-CV **	%	14.2	13.7	14.1	±4.0
PLT	$10^3/\mu L$	285	261	257.5	±50
MPV	fL	5.2	3.7	6.8	±2.0

Manual Registration	
Control	MEK5D
Lot	26Y
Level	Normal
Expiration Date	2027 Y 02 M 05 D

MEK-9100, 9200
2D Barcode Entry

* MEK-9200 only.
** RDW-CV is displayed as RDW on MEK-8222.

https://www.nihonkohden.com/spi

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

CE 0123 IVD

0694-901691Y